

Универсальный настенный локтевой дозатор со сменной помпой MDS-1000 P производства Saraya Co., Япония

Руководство по эксплуатации.



Универсальный настенный локтевой дозатор предназначен для подачи жидких кожных антисептиков, расфасованных в пластиковые флаконы объемом не более 1л со стандартным диаметром горлышка 28 мм. Дозатор применяется при гигиенической обработке, гигиенической антисептике и хирургической обработке рук в лечебно-профилактических учреждениях, роддомов, детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов и др.) организаций общественного питания, промышленных предприятий, в том числе пищевых, служащих коммунальных служб.

Технические данные:

1. Привод устройства - ручной.
2. Масса устройства 0,5 кг.
3. Габаритные размеры: 412x212x95
4. Объем выдаваемой порции жидкости 1,5 мл.

Комплектность.

1. Универсальный настенный локтевой дозатор -1 шт.
2. Помповый насос – 2 шт
3. Руководство по эксплуатации 1 шт.
4. Коробка упаковочная 1 шт.

Установка дозатора.

Крепление универсального настенного локтевого дозатора к стене осуществляется при помощи крепежной панели.

Оптимальная высота крепления дозатора на стене 130-140 см от пола до уровня расположения локтевого рычага.

Порядок работы.

1. Вставить трубку помпового насоса во флакон с антисептиком.
2. Вставить флакон с жидким антисептиком в нишу основного корпуса дозатора.
3. Прокачайте локтевым рычагом помповую систему для удаления из нее воздуха и заполнения кожным антисептиком (до появления первой порции антисептика из носика)

дозатора).

4. При смене флакона:

- отсоедините помпу от основного корпуса дозатора, тщательно промойте ее питьевой водой до получения чистой промывной воды;
- заполните помпу дезинфицирующим средством, предназначенным для дезинфекции изделий медицинского назначения и разрешенным к применению для этих целей на территории Российской Федерации;
- по окончании дезинфекционной выдержки тщательно отмойте помпу от остатков средства и вставьте ее в основной корпус дозатора;
- прокачайте помпу с помощью локтевого рычага для удаления остатков промывных вод и воздуха;
- вставьте новый флакон в основной корпус дозатора.

Техническое обслуживание.

Регулярно очищайте наружные поверхности устройства салфетками, смоченными мыльным раствором. При необходимости дезинфицируйте наружные поверхности основного корпуса дозатора салфетками, смоченными любым дезинфицирующим средством, разрешенным для применения в этих целях на территории Российской Федерации.

По окончании дезинфекционной выдержки смойте дезинфицирующее средство с поверхностей салфетками, смоченными водой, затем осушите поверхности сухими чистыми салфетками.

Не используйте абразивные и хлорсодержащие средства для очистки поверхностей основного корпуса дозатора!

Гарантия изготовителя (поставщика).

1. Гарантийный срок эксплуатации устройства 14 месяцев .
2. В течение гарантийного срока предприятие-импортер производит замену дозатора или его деталей по предъявлении документов подтверждающих приобретение устройства у легального продавца.
3. В случае самостоятельного ремонта потребитель теряет право на гарантийный ремонт.